

Lublin, dnia 01.10.2018 r.

RCKiK.DZ-3321/16/02/18

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW


Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę w pełni automatycznego analizatora, odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej nr RCKiK.DZ-3321/16/18 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 165376378 z dnia 29.08.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania dot. treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania zmiany w jej treści

PYTANIE :

Z uwagi na przejściowy brak możliwości oferowania odczynnika do oznaczanie anty- Cw spowodowany względami formalnymi prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania tego odczynnika w postępowaniu przetargowym. Wykonawca zapewnia, iż zgodnie z wymogami SIWZ pkt. f Opis Przedmiotu Zamówienia „przeprowadzi kwalifikację instalacyjną i operacyjną bezpośrednio po zainstalowaniu urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt odczynników i materiałów zużywalnych koniecznych do uruchomienia analizatora i wykonania w/w badań kwalifikacyjnych”. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 2 dni robocze.

ODPOWIEDŹ: - Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną zmianę treści SIWZ.


Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie
dr n. med. Elżbieta Puacz